

## 5. sz. melléklet szállítási szerződés

amely létrejött egyfelől Zirc Városi Önkormányzat

székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

elérhetősége: 06 88 593 700

képviseli: Ottó Péter polgármester

címe: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

elérhetősége: 06 88 593 700

adószáma: 15428536-2-19

bankszámlaszáma: Zirci Takarékszövetkezet 73900030-10011719-00000000

mint megrendelő, a továbbiakban **Megrendelő**

másfelől az Steelco Hungary Kft.

székhelye: 1116 Budapest Temesvár u. 19-21.

elérhetősége: +36 1 371-0257

képviseli: Salamon József ügyvezető igazgató

címe: 1116 Budapest Temesvár u. 19-21.

elérhetősége: +36 1 371-0257

adószáma: 14971921-2-43

bankszámlaszáma: Unicredit Bank 10918001-00000073-54200007

mint vállalkozó, a továbbiakban **Szállító**

### Preambulum:

Jelen szerződés a Megrendelő által meghirdetett Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Szállító nevezett eljárás ajánlatával elnyerte a ...VIII. részajánlatának, a Megrendelő által meghatározott feladatok ellátásának jogát, amely feladatellátásra a felek a jelen szerződést kötik.

### 1. A szerződés tárgya:

1.1. Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt keretében eszközök szállítása.

1.2. A szerződés műszaki tartalmát, a szállítandó eszközök listáját az I. sz. melléklet tartalmazza.

1.3. Szállító jelen szerződés aláírásával a „Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés" tárgyú ajánlati felhívása és ajánlati dokumentációja, illetve a feltett kérdésekre adott válaszokban rögzített valamennyi feladat és követelmény maradéktalan teljesítését a Megrendelő által elfogadott "Ajánlattétel" szerint vállalja. Szállító vállalja, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, az I. számú mellékletben meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és a jelen szerződésben meghatározott határidőben leszállítja, azokat telepíti, üzembe helyezi, a kezelőszemélyzetet betanítja, a próbaüzemet lefolytatja, és jótállási kötelezettségeit ellátja. Szállító vállalja azt is, hogy a termék a dokumentációban meghatározott műszaki specifikációknak, valamint a szakma szabályai szerinti előírásoknak maradéktalanul megfelel.

2. **A teljesítés helye:** Zirc József Attila u. 17-19.

### 3. Teljesítési határidők:

A megbízás tárgyában meghatározott valamennyi feladat teljesítésének véghatárideje:  
.....60..... nap

### 4. Teljesítés, átadás-átvétel

4.1. A teljesítés a szerződés 2. pontjában meghatározott teljesítési helyen történik.

4.2. A termékek leszállításának, a megadott helyiségben történő elhelyezésének, szükség szerinti telepítésének, üzembe-helyezésének, próbaüzem lefolytatásának írásos készre jelentését Szállító a teljesítési határidő előtt 5 nappal köteles megtenni. A jelzett teljesítési határidőt követő

3 munkanapon belül Megrendelő, képviselője útján (Lebonyolító) köteles az átadás-átvételi eljárás időpontját kitűzni, és az átadás-átvételi eljárásokat legkésőbb 8 napon belül lefolytatni.

- 4.3. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Szállító készre jelentette, azaz:
- a berendezések, termékek szállítása, az érvényes szabványok szerinti I. o. minőségben megtörtént
  - az adott helyiségben telepítésre, beépítésre, beszerelésre került
  - rendeltetésszerű használatra alkalmas és az előírt minimum paramétereket teljesíti
  - üzembe helyezésre a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak
  - a betanítás és a **3 napos** zavartalan próbaüzem lezajlott
  - A Lebonyolító és Megrendelő együttesen igazolta és Megrendelő átvette.

Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére vonatkozó határidőket megjelölni.

- 4.4. A Szállító az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átadja:

- magyar nyelvű kezelési útmutatókat
- kezelőszemélyzet betanítását igazoló jegyzőkönyveket
- hatósági, forgalomba hozatali engedélyeket
- terméktől függően érintésvédelmi mérési jegyzőkönyveket
- jótállással kapcsolatos iratokat

A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Szállítót terhelik, amennyiben ez a Szállító érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

- 4.5. Kapcsolattartásra kijelölt személyek

**Megrendelő részéről:**

Dr. Tóth Árpád

**Üzemeltető részéről:**

dr. Tóth Árpád kórházigazgató

tel: +36 88 593600

**Lebonyolító részéről:**

Balassi János

tel: +36 1 453 2889

**Szállító részéről:**

Salamon József ügyvezető igazgató tel: +36 1 371-0257

.....

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükről történő változásról a Felek egymást értesítik.

## 5. Szerződés értéke:

- 5.1. Megrendelő a szerződés szerint teljesítendő munkáért Szállító részére

**13.025.000**.....,-Ft + 25 % ÁFA

azaz: tizenhárommillió-huszonötezer..... forint, + 25 % ÁFA, illetve

A szerződéses díj összegű átalányár.

A jótállási idő alatt a szerződéses összeg tartalmazza a karbantartási díjat.

- 5.2. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkákat a vállalt ár ellenében maradéktalanul, I.o. minőségben megvalósítja, utólagos árváltozásra nincs lehetőség. Az ár tartalmaz minden, a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő járulékos költséget, amely a rendeltetésszerű használat teljes körű megvalósításához szükséges.

## 6. Fizetési feltételek:

- 6.1. Szállító egy végszámlát bocsáthat ki. Megrendelő előleget nem biztosít.

- 6.2. A Szállító a Lebonyolító és a Megrendelő által igazolt teljesítést követő első munkanapon nyújthatja be számláját. A számla kifizetésének további feltétele a Szállító részéről a mindenkor

hatályos pénzügyi és egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.

A számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 10%-át - a TIOP-2.1.3/08/1-2009-0001 számú projektben a Megrendelő által választott szállítói finanszírozási rendszeréből adódóan – a Megrendelő közvetlenül, a fennmaradó 90 %-át pedig a Közreműködő Szervezet útján átutalással egyenlíti ki a Kbt. 305. § (3)-(7) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően..

Megrendelő a szerződéses árat Szállító számlájának a Kbt. 305.§-ának megfelelően banki átutalással teljesíti. Megrendelő a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni (Kbt. 305. (3) bekezdése alapján):

- a.) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból (csak konzorcium esetén releváns);
- b.) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c.) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
- d.) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél 15 napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
- e.) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
- f.) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbi annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
- g.) az ajánlattevőként szerződő fél benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- h.) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
- i.) Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő 45 nap.

- 6.3. Fizetési késedelem esetén **Szállító** a mindenkorli jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamat számlázására jogosult.

Amennyiben a Szállító – a Megrendelő által igazolt - szerződés szerű teljesítése ellenére a 6.2. pontban rögzített fizetési határidő eredménytelenül telik el, a Szállító jogosult a Megrendelő Zirci Takarékszövetkezet 73900030-10011719-00000000 számlájára beszedési megbízás benyújtására azzal, hogy a Bank jelen szerződés IV. sz mellékletét képező beszedési megbízás alapján annak teljesítésére köteles.

- 6.4. **Szállító** a számlákat 5 példányban állítja ki a **Zirc Városi Önkormányzat** (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) nevére és címére.

A kiállított számlának Lebonyolító és Megrendelő igazolását a teljesítésről tartalmaznia kell.

A **Szállító** által a **Megrendelő** nevére kiállított számláinak az alábbiakat is kell tartalmaznia:

- A beruházás megnevezése: Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt keretében eszközszállítás
- Teljesítés mely szakasza
- Lebonyolító és Megrendelő igazolása

6.5. Szerződéses díjváltozás csak a felek kölcsönös megállapodásával, a Kbt. 303. §-ának figyelembevételével szerződésmódosítás keretében történhet.

**7. Titokvédelmi rendelkezések:**

- 7.1. Felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.
- 7.2. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzésére nem törekednek.
- 7.3. A szerződő felek a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatokban mindvégig egymás üzleti és erkölcsi előnyének kölcsönös maximalizálására törekednek.

**8. Szállító kötelezettségei:**

- 8.1. Szállító saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáról, a leszállításra kerülő berendezések állagmegőrzéséről.
- 8.2. Amennyiben bizonyos tevékenységek elvégzése csak munkaszüneti napokon lehetséges, azt Szállító minden esetben az Megrendelővel egyeztetni köteles.
- 8.3. Szállító a tevékenysége során felmerülő költségeit önállóan viseli, ide számítva többek között az esetlegesen szükségessé váló átmeneti tárolás, helyszíni árumozgatás ki és beszerelés, takarítás stb. költségeit is.
- 8.4. Szállító tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzését követően olyan állapotba hozni, hogy az Intézmény üzemszerű működését ne akadályozza.
- 8.5. Szállító tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott munkaterületen más szállítók is dolgozhatnak, így tevékenységüket kötelesek összehangolni.

**9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:**

- 9.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésszerű teljesítési kötelezettségei biztosítására teljesítési biztosítékot nyújt (Teljesítési Biztosítékot) a nettó ajánlati ár 5 %-nak megfelelő összegben, amelynek fenntartására egészen a szerződésszerű teljesítés végéig, valamennyi általa szállítandó berendezés átadás-átvételi eljárását, és a feltárt esetleges hiányosságok megszüntetéséről szóló igazolás kiállítását követő 10 napig köteles, kivéve, ha annak 50%-a jótállási garanciává alakul.

Szállító a teljesítési biztosítékot szerződéskötéskor köteles rendelkezésre bocsátani és annak teljes összegét köteles fenntartani, részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt 3 banki napon belül pótolni.

Vállalkozónak a Kbt. 53./A § (6) bekezdés a) pontja alapján történő választása szerint a biztosíték teljesíthető: (a megfelelő aláhúzendő)

- a) a vállalt teljesítési biztosíték mértékének megfelelő pénzüsszegnek a Megrendelő bankszámlaszámára történő befizetéssel,
- b) a vállalt teljesítési biztosíték mértékének megfelelő összegű bankgarancia biztosításával,
- c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Teljesítési Biztosíték összegét a fenti módok valamelyikén a szerződéses jogviszony teljes időtartama, illetőleg az átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását követő 10 napig fenntartja.

A Megrendelő a teljesítési biztosítéknak a Jóteljesítési biztosíték mértékének megfelelő felhasználására jogosult abban az esetben is, ha a Szállító az átadás-átvételi eljárást követő 3 napon belül nem nyújtja Megrendelő részére a megfelelő mértékű Jóteljesítési Biztosíték.

A bankgarancianyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre az alábbi minimális tartalommal:

- hivatkozás a közbeszerzési eljárásra,
- azt, hogy a Biztosíték a Szállító szerződésben foglalt kötelezettségei kifogástalan teljesítésének és a Jóteljesítési Biztosíték szolgáltatásának biztosítékául szolgál,
- a Megrendelő mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését,
- a vállalt fizetési összeget, (nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összeg)
- az érvényességi idejét,
- nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

A biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat.

#### 9.2. **Jóteljesítési Biztosíték:**

Szállító a szerződés tárgyát képező feladatok ellátása tekintetében valamennyi gép, műszer, berendezés eredményes műszaki átadás-átvételének befejezésétől számítva ..... 48..... hónap jótállást vállal.

Meghibásodás esetén értesítendő szerviz(ek): (név, cím, telefonszám)

Steelco Hungary Kft. 1116 Budapest Temesvár u. 19-

21.....

Szállító köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 12 órán belül megkezdni. Amennyiben a javítás a két hetes időtartamot meghaladná, úgy igény esetén cserekészüléket kell biztosítani. Amennyiben a megadott időn belül nem kezdi meg a hibajavítást, úgy késedelmes naponként az érintett termék beszerzési nettó értéke 0,5%-ának megfelelő kötbért köteles fizetni. A kijavított, kicserélt berendezésekre a Szállító garanciáját kiterjeszti.

Szállító **8 évig** kötelezettséget vállal a teljes körű alkatrész utánpótlásra.

Ha a Szállító a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 3 napon belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Szállító kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Szállítóval szemben elvesztené.

A jótállási idő alatt a szerződéses összeg tartalmazza a karbantartási díjat. A beépített karbantartási díj tartalmazza a használat mértékétől függő tetszőleges számú karbantartást, munka és kiszállási költséggel, de nem tartalmazza a kopó, fogyó anyagok díját.

Felek a jótállási idő elteltével ellenőrzik, hogy a szállított eszközök, berendezések teljesítették-e az ajánlatban foglalt specifikációt, ill. funkcionalitást. Ezen eljárást a Megrendelő képviselője (Lebonyolító) készíti elő, és arra meghívja a Szállítót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése a Szállító kötelezettségét képezi.

Szállító a teljesítést követően vállalt jótállási idő teljes tartamára jótállási kötelezettségei teljesítésének biztosítására Jóteljesítési Biztosíték köteles nyújtani, amelynek mértéke teljesítési biztosíték 50 %-a a jótállási idő végéig fennállóan, amely teljesíthető a Kbt. 53/A § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. A jótállási garanciát a vonatkozó jótállási idő teljes időszakára teljes összegben kell biztosítani.

Szállító a Jóteljesítési Biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségét az átadás-átvételi eljárást követő 3 napon belül a Kbt. 53./A § (6) bekezdés a) pontja alapján – választása szerint - az alábbi biztosítékok valamelyikével nyújtja:

- a) a vállalt jóteljesítési biztosíték mértékének megfelelő pénzüsszegnek a Megrendelő bankszámlaszámára történő befizetéssel,
- b) a vállalt teljesítési biztosíték mértékének megfelelő összegű bankgarancia biztosításával,

- c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel.

A Jólteljesítési Biztosíték összege a Szállító bármely jótállási kötelezettsége nemteljesítése esetén a hibák kijavítására felhasználható.

A bankgarancianyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre.

Az alábbi minimális tartalommal:

- hivatkozás a közbeszerzési eljárásra,
- azt, hogy a biztosíték a Szállító jótállási kötelezettségei teljesítésének biztosítékául szolgál,
- a Megrendelő mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését,
- a vállalt fizetési összegét, (teljesítési biztosíték 50 %-ának megfelelő összeg)
- az érvényességi idejét,
- nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

A biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat.

Megrendelő a jótállási idő lejártakor a Jólteljesítési Biztosíték nem érvényesített összegével Szállító felé elszámol, a nyilatkozatot vagy kötelezvényt visszaadja.

- 9.3. Szállító a felróható késedelmes teljesítése esetén a Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.

A Szállító által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után a nettó ajánlati ár 0,5%-a/késedelmes nap.

- 9.4. A kötbér az esedékes végszámla illetve a teljesítési biztosíték értékéből is érvényesíthető. Megrendelő a kötbérigényét az adott számlába beszámíthatja. Igénybe vétele esetén a végszámla kiegyenlítése a kötbérrel csökkentett mértékű, illetve a szerződési biztosítékot biztosító bankgarancia igénybe vétele a **Megrendelő** részéről a bankgarancia feletti egyoldalú rendelkezési joggal történhet.

Amennyiben a kötbér a fenti módon nem egyenlíthető ki, azt a **Szállító – Megrendelő** felszólításától számított – 10 banki napon belül történő átutalással köteles rendezni.

- 9.5. A **Szállító** csak a **Megrendelő** előzetes hozzájárulása esetén köthet engedményezési szerződést.

## 10. Megrendelő kötelezettségei:

- 10.1. Megrendelő a telepítésigényes berendezésekhez, folyamatos munkavégzésre alkalmas munkaterületet szolgáltat, a Szállító jelzésétől számított 5 munkanapon belül.
- 10.2. Szállító számára bármilyen felhasználói jellegű koordinációs tevékenységet a Megrendelő Lebonyolítója útján biztosítja.
- 10.3. Megrendelő a Szállítónak térítésmentesen felvonulási anyagai részére raktározási területet, térítés ellenében energiavételezési lehetőséget biztosít. A szállított termékek elhelyezésére kizárólag a telepítés helyszínén van lehetőség. Annak szerelésre való alkalmassága előtt helyszínre fuvarozás nem lehetséges.
- 10.4. Megrendelő biztosítja az átadás-átvétel, illetve zavartalan próbaüzem lebonyolításának feltételeit.

## 11. Káresetek, kártérítés:

Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül (maximum 24 óra) a károkozó, Megrendelő és Szállító jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni.

Amennyiben Szállító nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok kivételével) köteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. Szállítónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van.

**12. A tulajdonjog és a kárveszély:**

- 12.1. A jelen szerződés keretében szállított termékek tulajdonjoga a szerződés ellenértékének pénzügyi teljesítésével egyidőben száll át a Megrendelőre.
- 12.2. A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellel egy időben száll át a Megrendelőre.
- 12.3. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása a Megrendelő által jóváhagyott módon szállítólevéllel történik. Mind a helyszíni tárolás, mind a fuvarozás a Szállító felelősségi körébe tartozik, azért Megrendelő felelősséget nem vállal.

**13. Szerződés felmondása:**

Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállító neki felróható okból oly mértékű késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér eléri a nettó ajánlati ár 25%-os mértékét.

**14. Vis Maior**

- 14.1. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.
- 14.2. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.
- 14.3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.
- 14.4. A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetéseképtelenségét.

**15. A szerződés hatálybalépése:**

A szerződés magyar nyelven, nyolc eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírása után lép hatályba. A Megrendelő hat, a Szállító két eredeti példányt kap.

**16. Záró rendelkezések:**

- 16.1. A felek megállapodnak abban, hogy teljesítésük során mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek magatartásáért sajátjaként felel. Szállító teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt – a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó működhet közre, továbbá köteles közreműködni a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a megnevezett alvállalkozó. Ezen alvállalkozók sem vehetnek igénybe saját teljesítésük 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót, vagy teljesítési segítséget.
- 16.2. A felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen, egy alkalommal előforduló dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemondó nyilatkozat sem értékelhető akként, hogy ez a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is joglemondást jelentene.
- 16.3. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak. Amennyiben az erre irányuló tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bíróságtól az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tartalmának megállapítását.
- 16.4. A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban a Kbt. 303. §-ának figyelembevételével módosítható, azaz a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételeit, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő az is, ha a szerződés teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy az kulturális örökségi értéknek minősül.

Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

- 16.5. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levél, fax) kell történnie. A faxon küldött sürgős értesítéseket ajánlott levélben is meg kell ismételni. Az ajánlott irat átvételére a 2004. évi CXL. tv. 79 § vonatkozik.
- 16.6. Ha, és amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projektársaságot hoznak létre, akkor a Kbt. 304/A §-ban foglalt rendelkezéseket magára (magukra) nézve kötelezően elfogadják.
- 16.7. A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlati felhívás és dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerződés.
- 16.8. Amennyiben a vitás kérdés a fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös megegyezéssel, illetve mediátori közreműködéssel próbálnak egyezsége jutni. Ezek eredménytelensége esetére hatáskörtől függően a Zirc Városi Bíróság, illetve Veszprém Megyei Bíróság (mint állandó bíróságok) illetékességét kötik ki.
- 16.9. A jelen szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó szabályai az irányadók.
- 16.10. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi:

- I. számú melléklet: árazott termékösszesítő, és a bírálati szempontok között értékelt műszaki paraméterek táblázata
- II. számú melléklet: szállítandó termékek specifikációja
- III. sz melléklet: beszedési megbízás

Zirc, 2011. 09. 05.



Szalóczy

SZÁLLÍTÓ  
Steelco Hungary Kft.  
Steelco Hungary Kft.  
1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.  
Adószám: 14971921-2-43

A lebonyolított közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége összhangban van a vonatkozó Támogatási Szerződésben szereplő adatokkal.  
A TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 számú kezeltetményezett a rendelkezésre álló adatok szerint a közbeszerzési eljárást lefolytatta.  
Bene Dániel  
Közreműködő szervezet vezetője

Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

1. sz melléklet Felolvasó lap VIII. részajánlat

Ajánlattevő neve: Steelco Hungary Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1116 Budapest Temesvár u. 19-21.

Ajánlat tárgya: Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

Részajánlat: VIII. részajánlat részajánlat Sterilizáló készülékei

Ajánlati ár (nettó Ft): 13.025.000 Ft.

Jótállási idő (hónapokban): 48 hónap

Gőzsterilizáló Gőzfejlesztő teljesítménye (kg/óra) (6-9/10, 9,1-15/20, 15,1≤-/30)	12kg/h
Gőzsterilizáló Átlagos vízfelhasználás/ciklus (l) (101≤/10, 76-100/20, 50-75/30)	54,5 liter
Gőzsterilizáló Ajtó tömítések élettartama (ciklusszámban mérve) (≤1000/10, 1001-2000/20, 2000</30)	2500 ciklus
Gőzsterilizáló Frontpanelről szervizelhető készülék (nem szükséges oldalsó szervizút) (Igen/10, Nem/0)	igen, frontpanelről szervizelhető

Dátum: Budapest, 2011. június 17.

.....  
(cégszerű aláírás)



VIII. részajánlat Sterilizáló készülékei / Módosított UH						
Tételszám/cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Gyártó/Típus	Nettó egységár	Nettó összeg	
OM-05	Gőzsterilizáló	1	Webeco / A65	5.800.000 Ft.	5.800.000 Ft.	
OM-19	Fóliahegesztő	1	Hawo / Hm 850DC	810.000 Ft.	810.000 Ft.	
OM-04	Fóliavágó készülék	1	Hawo / Hm 631S	85.000 Ft.	85.000 Ft.	
OM-50	Kazettás gőzsterilizáló	1	Statim / 5000	2.300.000 Ft.	2.300.000 Ft.	
OM-06	Műszemosogató gép	1	Steelco / DS 600	3.600.000 Ft.	3.600.000 Ft.	
OM-07	Ultrahangos tisztító	1	Branson / 5510	430.000 Ft.	430.000 Ft.	
	Ajánlati ár összesen nettó:				13.025.000 Ft.	

Alulírott Salamon József mint a Steelco Hungary Kft. (1116 Budapest Temesvár u. 19-21.) kötelezettségvállalásra jogosult vezetője a Zirc város Aktív kórházi ellátásokat kívánják eszközbeszerzés pályázatának hiánypótlási felszólítás 7. pontjában kért gyártói ISO pótlásakor a megajánlott típus ( Realsonic ) helyett, a Branconic 5510 készüléket kívánom szállítani, mely megfelel a kiírás feltételeinek A szükséges dokumentumokat a hiánypótlásban csatoltam. Az ultrahangos tisztítóval kapcsolatos összes eredeti vállalásom különös tekintettel az árra, érvényben van.

**Beszédési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás**

JAK SZÖV Bank


címe: 820 Zirc, Főszel A. u.

Felhatalmazó levélen alapuló  
beszédési megbízás teljesítésére

Fizető fél számlatulajdonos adatai	
Cégnév/név	Zirc Városi Önkormányzat székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. elérhetősége: 06 88 593 700
Bankszámla száma	Zirci Takarékszövetkezet 73900030-10011719-00000000


Megbizzuk/megbízom Önöket a fent megjelölt fizetési számla terhére az alább megnevezett jogosult által benyújtandó beszédési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Beszédési megbízás benyújtására jogosult adatai	
Cégnév/név	Steelco Hungary Kft.
Bankszámla száma	Unicredit Bank 10918001-00000073-54200007
Felhatalmazás érvényes	<input type="checkbox"/> dátum (év, hó, nap): <input type="checkbox"/> visszavonási g
Beszédési megbízáshoz okiratot	a következő okirato(ka)t kell csatolni: - A fizető fél által cégszerűen aláírt teljesítési igazolás, - A jogosult által a fizető fél nevére – a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően – kiállított számla másolata, - Az Art. 36/A. § alapján a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás másolata a jogosult tekintetében. (Ezen igazolást nem kell csatolnia jogosultnak, amennyiben a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban.)
További feltételek	meghatározása: X beszédési megbízásonként felső értékhatár 16 281 250 X fedezethiány esetén sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap X felhatalmazás csak a jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Kelt	
Dátum	2011. 09. 05
Fizető fél számlatulajdonos aláírása	



Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

A Számlavezető hitelintézet tölti ki			
<b>ZÁRADÉK</b>			
<u>A jelen Felhatalmazó levelet, és az abban foglaltakat a mai nappal jóváhagyólag tudomásul és nyilvántartásba vettük. Kötelezettséget vállalunk továbbá, hogy a Felhatalmazó levél alapján bankunkat terhelő valamennyi kötelezettségnek maradéktalanul eleget teszünk.</u>			
<b>Kelt</b>			
Nyilvántartásba vétel napja	2011. 09.23.	Számlavezető hitelintézet cégszerű aláírása	

Berkes Iлона  
fiókvezető

Magyar Máté  
fiókvezető

2

**VIII. részajánlat Sterilizáló készülékei**

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-05	<b>Gőzsterilizáló</b>	1 db
Megajánlott termék típusa: Webeco A65		
Gyártó: Webeco, Németország		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): CE 0197		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Kétajtós, átadó rendszerű, szabadon álló gőzsterilizáló kívül-belül rozsdamentes kivitelben, anyaga: AISI 316L	igen, 2 ajtós
Sebészeti kéziműszerek, kötszerek, textília, hőálló gumi és műanyag eszközök sterilizálására.	igen, műszerre és gumira
EN 285 szabványnak való megfelelés	igen, EN 285
Kapacitás: 1 STE	igen, 1 STE
Kamraméret: (kérjük megadni)	34X34X67 cm
Kamra formája: négyzetes	igen, négyzetes
Beépített elektromos gőzfejlesztővel	igen, gőzfejlesztővel
<b>Gőzfejlesztő teljesítménye (kg/óra)</b>	<b>12kg/óra</b>
Mikroprocesszoros vezérlés kettős ellenőrző rendszer különálló független érzékelőkkel	igen, mikroprocesszorral
Színes érintőképernyős irányító display grafikus és magyar nyelvű szöveges kijelzővel	igen, érintőképernyős
Beépített regisztráló, printer	igen, printerrel
<b>Átlagos vízfelhasználás/ciklus – kérjük megadni</b>	<b>4,5 liter sótalan víz 50 liter csap víz/ciklus</b>
Kézi működtetésű függőlegesen csúszó vagy zsanérosan nyíló ajtóval	függőlegesen nyíló, csúszó ajtó
<b>Ajtó tömítések élettartama (ciklusszámban mérve) –</b>	<b>2500 ciklus</b>
Vízlágyító berendezéssel (külön is telepíthető)	igen, beépítve
<b>Sterilizáló programok:</b>	
Csomagolt sebészeti kéziműszerek/textília sterilizálása 134	igen, normál program 134°C

Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

C°	
Csomagolt sebészeti kéziműszerek/textília sterilizálása 121 C°	igen, normál program 121°C
Csomagolatlan kéziműszer gyorssterilizálása 134 C°	igen, rövid program 134°C
Tesztprogramok: Bowie & Dick teszt Vákuum teszt	igen, Bowie Dick és Vákuum teszt
A berendezés méretei mm (kérjük megadni)	69X157X94cm
Frontpanelről szervizelhető készülék (nem szükséges oldalsó szervizút)	igen, frontpanelről szervizelhető
<b>Tartozékok:</b>	
Belső polcrendszer a munkatérben	igen polccal
Rozsdamentes acél műszertartó tálcák 4db	igen, 4 db tálcával
1 db berakó kocsi rozsdamentes acél kivitelben	igen, berakó kocsival

Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-06	<b>Műszermosogató gép</b>	1 db
Megajánlott termék típusa: Steelco DS 600-2		
Gyártó: International Steelco SpA		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): CE 0051		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Központi sterilizálóban használatos Thermo-dezinfekciós mosogató / fertőtlenítő automata szállítása, mely az EN 15883-1 és -2 normának megfelelően gyártanak, CE megfelelőségi tanúsítás a 93/42/EEC direktíva szerint.	igen, EN 15883-1 és 2 szerint CE jellel
2 ajtós, átadó ajtós kivitel, lefelé nyíló ajtókkal, m. külső borítással	igen, 2 ajtós
Kamra méret: 540 mm x 590 mm x 540 mm ±5%	540X600X560 mm
Kamra anyaga: AISI 316L rozsdamentes acél	igen, AISI 316 L
Mosogatási kapacitás / ciklus: DIN kosár 485 mm x 254 mm x 50 (mm): 5 db ISO kosár 485 mm x 344 mm x 50 (mm): 2 db	igen, 8 DIN 1/1 kosár vagy 4 db ISO kosár vagy 5 db DIN 1/1 és 2 db ISO kosár
Mikroprocesszoros vezérlés	igen, mikroprocesszoros vezérlés
Beépített gőzkondenzátorral rendelkezzen, a kondenzátum legyen a csatornába kötve.	igen, gőzkondenzátorral
Forrólevegős szárítófeltéttel F-osztályú előszűrővel. Szárító egység teljesítménye: min. 120 m <sup>3</sup> /h	igen, előszűrő, szárítás 150 m <sup>3</sup> /h
Beépített automata regenerálású vízlágyító készülék (amennyiben nincs beépített vízlágyító, akkor külső lágyító tartozékként megajánlandó)	igen, beépített
Legalább 2 beépített tartály a vegyszereknek 2 db vegyszeradagoló pumpa, dinamikus adagolási szabályozással és minimum szint érzékelővel (riasztás üres tartály esetén)	igen, kettő vegyszeradagoló
Elektromos tank fűtőteljesítménye: maximum 8 kW	igen, 8250W

Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

Szállítandó tartozék: 1 db 4 szintes OP kocsi a műszertálcák mosásához és 4 db DIN 1/1 méretű 485x245x50 mm-es szitatalca.	igen, 1 db 4 szintes kocsi, 4 db tálcával
Ioncserélő szállítandó (a végső öblítést biztosító $\geq 15$ $\mu\text{S}/\text{cm}$ vezetőképességű sótalanított víz előállítására), automata fejjel és vezetőképesség mérővel.	igen, ioncserélő jelzőműszerrel

Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-50	<b>Kazettás gőz sterilizátor</b>	1 db
Megajánlott termék típusa: Statim 5000		
Gyártó: SciCan Ltd., Canada		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): CE 0123		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Koracél kazettával	igen, vékony falú, rozsdamentes kazettával
Endoszkópos eszközök, optikák, kézi műszerek, gumi/műanyag eszközök sterilizálására	igen, mindezek nagyon nagy biztonsággal történő lágy és gyors sterilizálására
Mikroprocesszoros vezérléssel	igen, számos önellenőrzési funkcióval (hibaüzenetek küldésével)
Legalább 121 és 134°C gőzsterilizáló programokkal	igen, 5 db 134°C és 2 db 121°C programmal
Adja meg a lehetséges programokat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tömör, csomagolatlan 134°C</li> <li>2. Üreges, csomagolatlan 134°C</li> <li>3. Üreges, csomagolatlan 134°C hosszabb program</li> <li>4. Csomagolt gumi és műanyag áru 121°C</li> <li>5. Csomagolt gumi és műanyag áru 121°C hosszabb program</li> </ol>
A leggyorsabb sterilizálási ciklusidő ne haladja meg a 15 percet	<p>Csomagolatlan üreges eszköznél:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meleg indításkor :10 perc</li> <li>- hideg indításkor 12 perc</li> </ul> <p>Tömör eszköznél ennél rövidebb az idő</p>
Automatikus szárító programmal	igen
A kazettában az eszközök sterilen szállíthatók és eltárolhatók legyenek	igen, a kazetta 14 napig megtartja az eszközök sterilitását, ha a bemeneti nyílást egy steril (pl. Tegaderm) fóliával leragasztják
Feleljen meg az EN13060-as asztali sterilizátorokra vonatkozó szabványnak.	igen, EN 13060 szerint
Adja meg, hogy a fenti szabvány szerint milyen osztályba sorolt a sterilizátor (N, B, S)	S
Elektromos energia ~230V 50Hz	igen, 230V

Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

<b>Tartozékok:</b>	
Készülékenként elvárt tartozéklista	
Kazetta 1 db	igen, 1 db kazetta
Belső hossz 48 cm	igen, 48cm
Nyomtató	igen, nyomtató
Test Device (tesztkészülék) összesen 1	igen, teszteszkőzzel
Sterilisation Emulator 134°C 3.5min (250db)	igen, 250 db
STAT-DRI, vagy ezzel eqvalens (2 oz.) (0.05l)	igen, ezzel eqvalens
Biological Air Filter (légszűrő) (2cs)	igen (1 db alaptartozék +1 db-ot szállítunk)
Műszerszőnyeg finom műszerekhez	igen, műszerszőnyeg

Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-19	<b>Fóliahegesztő</b>	1 db
Megajánlott termék típusa: Hm 850 DC		
Gyártó: Hawo GmbH.		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): ISO 9001:2008		
Előírt paraméterek		Teljesített paraméterek (igen/nem)
PE-fólia és PE-papír sterilizációs csomagok hegesztésére és vágására	igen, különböző sterilizációs csomagok hegesztésére és vágására	
Mikroprocesszoros kontroll, dátum nyomtatóval	igen, mikroprocesszoros kontroll, nyomtató	
Automatikus hegesztés beépített érzékelő indítással	igen, automatikus indulás	
Aktuális hegesztési hőmérséklet kijelzés	igen, hőmérséklet kijelzés	
Használaton kívül: automatikus hőmérséklet-csökkentő funkció	igen, stand by üzemmód	
<b>Dokumentáció</b>		
Dokumentálás integrált nyomtatón keresztül	igen, nyomtatóval	
Integrálható a dokumentációs rendszerrel	igen, integrálható	
Sorozat interfész PC-hez (RS232)	RS 232 interface	
USB interfész	igen, USB interface	
<b>Hegesztés</b>		
Felfűtési idő, másodperc (mp)	30mp	
Hegesztő szélessége, mm	12mm	
Sebesség, m/perc	10 m/perc	
Hőmérséklet beállítás ° C	80-220°C	
Hegesztési szél beállítása, mm	5-30mm	

Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-04	A Főliavágó készülék	1 db
Megajánlott termék típusa: Hm 631S		
Gyártó: Hawo GmbH.		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): ISO 9001:2008		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Görgős fólia tekercs tartó vágófeltéttel rm. acél kivitel, egyszerre több darab fóliatekercs elhelyezésére	igen, 1 emeletes
Mérete: min. 875 x 125 x 421 mm (h x m x sz)	875X125X421 mm

Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-07	<b>Ultrahangos tisztító</b>	1 db
Megajánlott termék típusa: Bransonic 5510		
Gyártó: Branson Ultrasonic Corporation		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): ISO 9001:2008, Megfelelőségi nyilatkozat		
Előírt paraméterek		Teljesített paraméterek
Kb. 35-40 kHz névleges frekvenciájú rezgéseket előállító ultrahang-generátorral szerelt, fűtőbetéttel ellátott asztali tisztító berendezés		igen, 40kHz
Digitális vezérlés, fóliatasztatúrás v. forgókapcsolós kezelőszervek		igen, digitális vezérlés, fóliatasztatúra
Rozsdamentes kád, kivehető műszertálcákkal, levehető fedéllel		igen, rozsdamentes kád, doboz, kosár, fedő
Kád űrtartalom: min. 10 - max. 15 liter		10 liter
Mosási idő: állítható, kb. 0-90 perc		0-99 perc
Hőfok: állítható kb. 25-60°C		20-69 °C
<b>Árban foglalt tartozékok (készülékenként):</b> -1 db műanyag tartályfedél -2 db perforált rozsdamentes acél tálca		igen, 1 db fedél, 2 db perforált kosár